

PosiTest[®] CH

划格器

美国 DeFelsko 公司 PosiTestCH 划格器，测试涂层的附着力。

特点

- ❖ 包括符合 ISO 2409 和 ASTM D3359 标准进行划格测试所需的所有工具和附件
- ❖ 人体工程学的防滑手柄可全天舒适使用
- ❖ 旋转切割刀头确保切割表面的正确定位和相等压力
- ❖ 易于更换的硬化钢刀头，配有 4 个刀刃，可进行更长时间的测试
- ❖ 非常适合厚达 250 微米的涂层，具体取决于刀头和标准
- ❖ 4 合 1 刀头适用于不同的标准、涂层厚度和基材
- ❖ 照明放大镜根据标准可提供 3 倍或 10 倍放大
- ❖ 包含用于清除涂层上任何脱落的碎屑的刷子
- ❖ 胶带符合 ISO 2409 或 ASTM D3359 标准
- ❖ 耐用的坚固仪器箱
- ❖ 两年保修



4 合 1 刀头

每个刀片具有 4 个刀刃，每侧 2 个



套装选择

PosiTestCH 划格器提供 5 个套装，其中 3 个符合 ISO 2409 标准，2 个符合 ASTM D3359 标准。

ISO 2409			
涂层厚度	刀头	套装订货号	刀头订货号
0~60 μm	1mm/6 齿*	CHKITISO6X1	CHBLADE6X1
61~120 μm	2mm/6 齿	CHKITISO6X2	CHBLADE6X2
121~250 μm	3mm/6 齿	CHKITISO6X3	CHBLADE6X3

*对于软质基材(如木材和石膏)，涂层厚度在 0~120 μm 时，使用 2mm/6 齿

ASTM D3359			
涂层厚度	刀头	套装订货号	刀头订货号
0~50 μm	1mm/11 齿	CHKITASTM11X1	CHBLADE11X1
51~125 μm	2mm/6 齿	CHKITASTM6X2	CHBLADE6X2



PosiTestCH ASTM 套装

套件包括

划格器、4 合 1 刀头、3 倍(ISO)放大镜或 10 倍(ASTM) 放大镜、ISO 或 ASTM 胶带、刷子、剪刀、六角扳手、ISO/ASTM 分类参考图表、说明手册、坚固仪器箱

耗材

订货号: CHDTISOTAPE ISO 2409 胶带, 25mm x 65.8 米/卷

订货号: CHASTMTAPE ASTM D3359 胶带, 25mm x 82.3 米/卷

符合 ISO 2409/16276-2, ASTM D3359, AS 3894.9/1580.408.4, JIS K 5600-5-6 标准



DeFelsko[®]

北京天创时代检测设备有限公司 Tel: 010-68451818 www.1718.com.cn

